

Łódź, dnia 15 lutego 2019 r.

H.ZP.281.100.2018.XVI

Do Wykonawców
dla sprawy nr:
H.ZP.281.100.2018.XVI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na **sukcesywne dostawy wzorców chemicznych**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprawy H.ZP.281.100.2018.XVI, zwanej dalej również „SIWZ”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że 13 lutego 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego postępowania. Treść pytań (przytoczona w oryginale) i odpowiedź ZWIK Sp. z o.o.:

Pytanie 1:

„Pytania do pakietu I – **pozycja 1:** Zamawiający wskazuje produkt CL01.0627, który występuje w pojemności 500 ml. Czy zamawiający zgadza się na taką pojemność?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 1 Tabeli 1 Laboratorium Badania Ścieków - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
1	Roztwór wzorcowy jony fosforanowe PO_4^{3-} 1000 mg/l w odniesieniu do NIST, zakresie akredytacji producenta do ISO /IEC 17025:2005 (po 1 szt. w lutym i lipcu , każda z innym nr serii) Chem-lab nr kat CL 01.0622.0100, CAS NR 13011-54-6	100ml	2

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
1	Roztwór wzorcowy jony fosforanowe PO_4^{3-} 1000 mg/l w odniesieniu do NIST, zakresie akredytacji producenta do ISO /IEC 17025:2005 (po 1 szt. w lutym i lipcu , każda z innym nr serii) Chem-lab nr kat CL 01.0627.0500, CAS NR 13011-54-6	100ml	2

Pytanie 2:

„Pytania do pakietu I – **pozycja 2:** Prosimy o wskazania przykładowego numeru produktu, numeru cas.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 2 Tabeli 1: Laboratorium Badania Ścieków - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
2	Roztwór wzorcowy antymon(standard solution) Sb ₂ O ₃ HCL 1000 mg/l Sb w odniesieniu do NIST w zakresie akredytacji ISO/IEC 17025:2005, Merck nr kat. 1.70204.0100, nr serii inny niż HC61458904	100ml	1

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
2	Roztwór wzorcowy antymon(standard solution) Sb ₂ O ₃ HCL 1000 mg/l Sb w odniesieniu do NIST w zakresie akredytacji ISO/IEC 17025:2005 inny niż Merck	100ml	1

Pytanie 3:

„Pytania do pakietu I – **pozycja 4:** Prosimy o wskazania przykładowego numeru produktu, numeru cas.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 4 Tabeli 1: Laboratorium Badania Ścieków - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
4	Roztwór wzorcowy azotu azotanowego N _{NO3} -1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 Chem-lab nr kat CL 01.1441.0100, CAS NR 7757-79-1	100 ml	1

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
4	Roztwór wzorcowy azotu azotanowego N _{NO3} -1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005	100 ml	1

Pytanie 4:

Pytania do pakietu I – **pozycja 5:** „Prosimy o wskazania przykładowego numeru produktu, numeru cas.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 5 Tabeli 1: Laboratorium Badania Ścieków - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
5	Roztwór wzorcowy azotu azotynowego N_{NO_2} -1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 Chem-lab nr kat CL 01.1451.0100, CAS NR 7632-00-0	100 ml	1

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
5	Roztwór wzorcowy azotu azotynowego N_{NO_2} -1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005	100 ml	1

Pytanie 5:

„Pytania do pakietu I – **pozycja 6:** Roztwór wzorcowy selen Inorganic Ventures (Analityk) 1000 mg/l H_2SeO_3 w 2% HNO_3 nr kat. CGSE(4)1. Produkt pod numerem CGSE(4)1 występuje w pojemności 125 ml, w arkuszu specyfikacji jednostka miary to 100 ml, jaka jest prawidłowa żądana pojemność?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 6 Tabeli 1: Laboratorium Badania Ścieków - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
6	Roztwór wzorcowy selen Inorganic Ventures (Analityk) 1000 mg/l H_2SeO_3 w 2% HNO_3 nr kat. CGSE(4)1	125ml	1

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
6	Roztwór wzorcowy selen Inorganic Ventures (Analityk) 1000 mg/l H_2SeO_3 w 2% HNO_3 nr kat. CGSE(4)1	100ml	1

Pytanie 6:

„Pytania do pakietu I – **pozycja 33**: Prosimy o wskazania przykładowego numeru produktu, numeru cas.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 33 Tabeli 1: Laboratorium Badania Ścieków - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
33	Roztwór wzorcowy fenol 1000 mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 (2 szt. po jednej w lutym i lipcu o innych numerach serii) Chem-lab nr kat CL 01.0601.0100, CAS - brak	100ml	2

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
33	Roztwór wzorcowy fenol 1000 mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 (2 szt. po jednej w lutym i lipcu o innych numerach serii)	100ml	2

Pytanie 7:

„Pytania do pakietu I – **pozycja 44**: Czy zamawiający ma na myśli produkt Accustandard pod numrem WC-COD-5X-10ML/ 500 µg/mL in Water czy produkt Reagecon COD3000/ Reagecon 3000 ppm Chemical Oxygen Demand Standard”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 44 Tabeli 1: Laboratorium Badania Ścieków - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
44	Wzorzec ChZT 3000 mg/l, Chemical Oxygen Demand, AccuStandard, WC-COD-30x-5, op. 500ml, odniesienie do NIST	500ml	1

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
44	Wzorzec ChZT 3000 mg/l, Chemical Oxygen Demand, AccuStandard, WC-COD-30x-5, op. 500ml firmy Reagecon, odniesienie do NIST	500ml	1

Pytanie 8:

„Pytania do pakietu III – **pozycja 29**: Czy zamawiający ma na myśli 1.19812 Merck.

Opis producenta:

Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH₄Cl in H₂O 1000 mg/l NH₄ Certipur®”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 29 Tabeli 3: Laboratorium Badania Wody - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
29	Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH ₄ Cl in H ₂ O 1000 mg/l NH ₄ CertiPUR®, Merck 1.19812, op. poj. 500 ml	op.	1

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
29	Amoniak, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Na NH ₄ w H ₂ O 1000 mg/l NH ₄ Certipur®, op. poj. 500ml	op.	1

Pytanie 9:

„Pytania do pakietu III – **pozycja 31**: Prosimy o wskazanie pojemności roztworu wzorcowego. Czy zamawiający ma na myśli 100 ml?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) poprzez wprowadzenie nowego zapisu w **poz. 31 Tabeli 3: Laboratorium Badania Wody - Łódź** - o następującym brzmieniu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
31	TOC (OWO)-roztwór wzorcowy wg EN 1484-H3/DIN 38409-H3 jako wodoroftalan potasowy w wodzie, stabilizowany 1000 mg/l CertiPUR® Merck, poj. 100 ml	op.	1

W miejsce dotychczasowego zapisu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
31	TOC (OWO)-roztwór wzorcowy wg EN 1484-H3/DIN 38409-H3 jako wodoroftalan potasowy w wodzie, stabilizowany 1000 mg/l CertiPUR® Merck	op.	1

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Zamawiający zmienia następujące zapisy specyfikacji:

- zmienia termin składania ofert z dnia 18.02.2019r. godz.10.30 na dzień: **25. 02.2019 r.** godz. 10.30.
- zmienia termin otwarcia ofert z dnia 18.02.2019r. godz.11.00 na dzień: **25. 02.2019 r.** godz. 11.00.

Miejsce składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na stronie internetowej Zamawiającego został opublikowany wraz z niniejszym pismem zmodyfikowany formularz ofertowy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Data publikacji niniejszego pisma na stronie internetowej ZWIK Sp.z o.o. **15. 02.2019 r.**

Zatwierdził:

PROKURENT

**Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak**