

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Łodzi
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

*Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.
NIP 725-18-01-126*

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: HZP.281.67.2018.IX

Łódź, dnia 25.09.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na sukcesywne dostawy podłoży bakteriologicznych:

I. Informujemy, że w dniu 21.09.2018r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego postępowania. Treść pytań (przytoczona w oryginale) i odpowiedź ZWiK Sp. z o.o. :

Pytanie nr 1.

Dotyczy tabeli nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 33 suplementu o wydajności 1 fiołka na 500 ml? Na rynku nie ma dostępnego suplementu o wydajności na 200 ml podłoża. Jeżeli Zamawiający dysponuje nazwą producenta takiego suplementu prosimy o podanie”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 33 suplementu o wydajności 1 fiołka na 500 ml. Wykonawca powinien uwzględnić to w formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 2.

Dotyczy tabeli nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z tabeli 1 pozycji 32, oraz 33 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z tabeli 1 pozycji 32 oraz 33 i utworzenie dla nich oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 3.

Dotyczy tabeli nr 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 20 i 22 suplementu o wydajności 1 fiołka na 500 ml? Na rynku nie ma dostępnego suplementu o wydajności na 100 lub 200 ml podłoża. Jeżeli Zamawiający dysponuje nazwą producenta takiego suplementu prosimy o podanie”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 20 i 22 suplementu o wydajności 1 fiołka na 500 ml. Wykonawca powinien uwzględnić to w formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 4.

Dotyczy tabeli nr 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z tabeli 1 pozycji 19-22 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z tabeli 1, ani z tabeli 2 pozycji 19-22 i utworzenie dla nich oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 5.

Dotyczy umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach z tworzywa sztucznego o średnicy 15 mm zamykanych plastikowym wciskany korkiem?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach z tworzywa sztucznego o średnicy 15 mm, zamykanych plastikowym, wciskany korkiem.

Pytanie nr 6.

Dotyczy umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach szklanych o średnicy 15 mm zakręcanych aluminiową nakrętką?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach szklanych o średnicy 15 mm, zakręcanych aluminiową nakrętką.

Pytanie nr 7.

Dotyczy umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport oferowanych podłoży w warunkach odbiegających od zalecanych warunków przechowywania jeżeli dany Wykonawca posiada protokół walidacji warunków transportu w temperaturach odbiegających od zalecanej temperatury przechowywania?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7. Zamawiający wyraża zgodę na transport oferowanych podłoży w warunkach odbiegających od zalecanych warunków przechowywania, jeżeli dany Wykonawca posiada protokół walidacji warunków transportu w temperaturach odbiegających od zalecanej temperatury przechowywania. Protokół walidacji warunków transportu, potwierdzający brak wpływu warunków transportu na jakość podłoży, musi być dostarczony nie później niż z pierwszą dostawą podłoży.

Pytanie nr 8.

Dotyczy umowy

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na certyfikacie kontroli jakości selektywność oznaczona była ilościowo? W tabeli F normy ISO 11133:2014-07 oraz normach metodycznych selektywność podawana jest opisowo np.: całkowite zhamowanie wzrostu (0).”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8. Zamawiający wyraża zgodę aby na certyfikacie kontroli jakości selektywność oznaczona była opisowo np.: całkowite zahamowanie wzrostu (0).

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ, modyfikuje treść wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ):

- § 2 ust 2 ppkt 2.1 otrzyma brzmienie:

„Wykonawca dostarczy zamówienie w opakowaniach jednorazowych, niepodlegających wymianie (polistyrenowych płytkach Petriego, sterylizowanych, w rozmiarach wyszczególnionych w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do niniejszej umowy, probówkach z tworzywa sztucznego o średnicy minimum 15 mm, z nakrętką z polipropylenu, **lub zamykanych plastikowym, wciskany korkiem lub w probówkach szklanych o średnicy 15 mm zakręcanych aluminiową nakrętką** lub butlach szklanych, zawierających odpowiednią ilość podłoża). Probówki muszą być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających ich transport i pozwalających na ich przechowywanie w pozycji pionowej”,

- w § 2 pkt 9 ppkt a) dopisane zostanie zdanie: „Zamawiający dopuszcza, aby na certyfikacie kontroli jakości selektywność oznaczona była opisowo np.: całkowite zahamowanie wzrostu (0)”,

- w § 2 pkt 9 dopisany zostanie ppkt d) „Wykonawca wraz z pierwszą dostawą winien dostarczyć protokół walidacji warunków transportu, potwierdzający brak wpływu warunków transportu na jakość dostarczonych podłoży - dotyczy przypadku, gdy transport oferowanych podłoży odbywać się będzie w warunkach odbiegających od zalecanych warunków przechowywania, jeżeli dany Wykonawca posiada protokół walidacji warunków transportu w temperaturach odbiegających od zalecanej temperatury przechowywania”.

III. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Data zamieszczenia niniejszego pisma na stronie internetowej Zamawiającego: **25.09.2018 r.**

ZATWIERDZIŁ:

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak