

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

*Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.
NIP 725-18-01-126*

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: FHZ.281.30.2019.IX

Łódź, dnia 18.07.2019 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na dostawę urządzeń laboratoryjnych:

CZĘŚĆ 1: Automatyczny licznik kolonii bakterii – 1 szt.

CZĘŚĆ 2: Mętnościomierz laboratoryjny – 1 szt.

CZĘŚĆ 3: Szafa termostatyczna – 1 szt.

Szafa termostatyczna z zamrażarką – 1 szt.

CZĘŚĆ 4: Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem technologią Peltiera – 1 szt.

CZĘŚĆ 5: Trzystanowiskowy zestaw do filtracji z pompą – 2 szt.

Automatyczny podajnik filtrów membranowych w taśmach – 2 szt.

CZĘŚĆ 6: Spektrofotometr – 1 szt.

- I. Informujemy, że w dniu 17.07.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego postępowania. Treść pytania (przytoczona w oryginale) i odpowiedź ZWiK Sp. z o. o. :

Pytanie 1:

Dot. Części 5 – Trzystanowiskowy zestaw do filtracji z pompą, automatyczny podajnik filtrów membranowych w taśmach.

„Czy Zamawiający dopuści automatyczny podajnik filtrów membranowych w taśmach na długość taśm filtrów 250 szt.?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści automatyczny podajnik filtrów membranowych w taśmach na długość taśm filtrów 250 szt. Zamawiający nie wymaga konkretnej długości taśmy.

We wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4.5 do SIWZ, w § 1 ust. 1.2 Zamawiający określił wymaganie: „podajnik dostosowany do różnej długości taśm filtrów (np. 150, 250, 300 szt.) umożliwiającą pracę z filtrami o średnicy 47- 50mm różnych producentów.”

II. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Data zamieszczenia niniejszego pisma na stronie internetowej Zamawiającego: **18.07.2019 r.**

ZATWIERDZIŁ:

CZŁONEK ZARZĄDU

Vadim Stasiak