

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Łodzi
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.
NIP 725-18-01-126

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: FHZ.281.30.2020.IX

Łódź, dnia 08.06.2020 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 428 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na **dostawy odczynników i wzorców chemicznych do chromatografii.**

I. Informujemy, że w dniach 02 - 03.06.2020r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do SIWZ dla niniejszego postępowania. Treść pytań (przytoczona w oryginale) i odpowiedź ZWiK Sp. z o.o.:

Pytanie nr 1.

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Tabeli 1 poz. 5, 6, 8, 11, 14 oraz w Tabeli 2 poz. 3 wzorców z odniesieniem tylko do ISO 17025. Wskazane przez Zamawiającego numery katalogowe mają aktualnie odniesienie jedynie do normy ISO 17025.

Jeśli nie prosimy o dopuszczenie zaoferowania innego producenta w ww. pozycjach lub wskazanie producenta i numerów katalogowych wzorców które spełnią wymagania Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1.

W Tabeli 1 poz. 5, 6, 8, 11, 14 oraz w Tabeli 2 poz. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzorca, który ma odniesienie do normy ISO 17034 lub Guide 34 lub ISO 17025.

Pytanie nr 2.

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Tabeli 1 poz. 12, 13 oraz w Tabeli 2 poz. 2, 4 wzorców z odniesieniem do ISO Guide 34 zamiast ISO 17034. Aktualnie dostępne serie wskazanych przez Zamawiającego numerów katalogowych mają odniesienie jedynie do normy ISO Guide 34.

Jeśli nie prosimy o dopuszczenie zaoferowania innego producenta w ww. pozycjach lub wskazanie producenta i numerów katalogowych wzorców które spełnią wymagania Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2.

W Tabeli 1 poz. 12, 13 oraz w Tabeli 2 poz. 2, 4, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzorców z certyfikatem odnoszącym się do ISO 17034 lub Guide 34.

Pytanie nr 3.

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Tabeli 1 poz. 2 wzorca z serią BCBZ5487, bez odniesienia do normy ISO 17034. Na chwilę obecną jest to jedyna dostępna seria wskazanego wzorca, a termin produkcji nowej nie jest znany.

Jeśli nie prosimy o wydzielenie tej pozycji z Tabeli 1 lub wskazanie innego wzorca który spełni wymagania Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3.

W Tabeli 1 poz. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorca z serią BCBZ5487 bez odniesienia do normy ISO 17034. Zamawiający wskazuje inny wzorzec spełniający wymagania tj. Mineral oil standard mixture - 2 components; 10g/l each of Mineral Oil; Diesel Oil in n-Heptane, Producent CPA Chem; nr kat. F675870; objętość 10 ml; certyfikat analityczny potwierdzający spełnienie wymagań ISO 17034.

Pytanie nr 4.

„Dotyczy tabeli 1 poz. 3, 9. Zgodnie z naszą wiedzą wskazane przez Zamawiającego wzorce zostały wycofane z oferty i nie są już dostępne na rynku. Z uwagi na to prosimy o wydzielenie tych pozycji do oddzielnej tabeli lub o wskazanie producenta i numerów katalogowych wzorców, które będą spełniały wymagania Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4.

W Tabeli 1 poz. 3, Zamawiający wykreśla pozycję z formularza ofertowego.

W Tabeli 1 poz. 9, Zamawiający wskazuje inny wzorzec spełniający wymagania, tj. Alachlor 10 µg/ml in Acetone, nr kat. F890181; producent CPA Chem; objętość 10 ml; certyfikat analityczny potwierdzający spełnienie wymagań ISO 17034 .

Pytanie nr 5.

„W części 1 laboratorium badania ścieków w pozycjach 5, 6, 8, 11, 14 wskazuje produkty Dr Ehrenstorfera i wymaga certyfikatu zgodnego z ISO 17034. Produkty te na chwilę obecną mają certyfikaty zgodne wyłącznie z ISO 17025. Proszę o akceptację tego certyfikatu.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5.

W Tabeli 1 poz. 5, 6, 8, 11, 14 oraz w Tabeli 2 poz. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzorca, który ma odniesienie do normy ISO 17034 lub Guide 34 lub ISO 17025

II. Zamawiający działając na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ dokonuje modyfikacji treści Formularza ofertowego – zał. nr 1 do SIWZ tj. zwiększa ilość wzorca w Tabeli 1 poz. 1 z 3 na 5 opakowań.

III. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami i modyfikacją, Zamawiający na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ, modyfikuje treść Formularza ofertowego - zał. nr 1 do SIWZ. W związku z powyższym:

Zamawiający anuluje Formularz ofertowy – załącznik nr 1

i wprowadza Formularz ofertowy – załącznik nr 1A – zmodyfikowany dnia 08.06.2020r.

IV. Zamawiający, na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ zmienia termin składania i otwarcia ofert na następujące:

- składanie ofert do dnia **17.06.2020r.** do godz. **11.00,**
- otwarcie ofert w dniu **17.06.2020r.** o godz. **11.30.**

V. Zamawiający na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ, modyfikuje treść wzoru umowy - zał. nr 4 do SIWZ.

Skreśla się w całości zapis ust. 3 w § 1 i w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„Wszystkie materiały certyfikowane stanowiące przedmiot umowy muszą być wytworzone zgodnie z normą ISO 17034 tam gdzie jest to wymagane, a w pozostałych przypadkach dopuszcza się wytworzenie materiałów zgodnie z normą 17025 lub Guide 34.”

Skreśla się całości zapis ust. 14 w § 2 i w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„Do każdego dostarczonego wzorca - tam, gdzie jest to wymagane, zgodnie z Formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ważny certyfikat wydany przez producenta, potwierdzający wytworzenie materiału odniesienia zgodnie z wymaganiami normy ISO 17034, zawierający informacje o jego jednorodności oraz stabilności certyfikowanych wartości wraz z ich niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, certyfikat producenta potwierdzający wytworzenie materiału odniesienia w oparciu o normę ISO/IEC 17025 lub Guide 34. W przypadku odczynników, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat jakości wydany przez producenta.”

V. Modyfikacja treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. od dnia **08.06.2020 r.**

**ZATWIERDZIŁ:
PROKURENT
Marek Kubiczak**