

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Łodzi
ul. WIERZBOWA 52
90-133 ŁÓDŹ

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.
NIP 725-18-01-126

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

nr sprawy: FHZ.281.83.2020.VIII

Łódź, dnia 30.12.2020r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 428 tys. EUR, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w SIWZ, na **dostawy sukcesywne podłoży mikrobiologicznych**.

I. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy – treść pytań przytoczona w oryginale.

Pytanie 1:

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie formularza ofertowego w formie edytowalnej”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający udostępni formularz ofertowy w formie edytowalnej.

Pytanie 2 (dotyczy tabeli nr 1 formularza ofertowego):

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 odczynnika w standardowej przezroczystej butelce?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w tabeli nr 1 pozycji nr 8 formularza ofertowego odczynnika w standardowej przezroczystej butelce.

Pytanie 3 (dotyczy tabeli nr 1 formularza ofertowego):

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 33 suplementu o wydajności 1 fioka na 500 ml? Na rynku nie ma dostępnego suplementu o wydajności na 200 ml podłoża. Jeżeli Zamawiający dysponuje nazwą producenta takiego suplementu prosimy o podanie”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia – formularz ofertowy. W tabeli nr 1 formularza ofertowego Zamawiający usuwa pozycje nr 32 i 33, tym samym zwiększa proporcjonalnie ilość podłoży mikrobiologicznych w pozycji nr 30 i 31 formularza ofertowego.

Pytanie 4 (dotyczy tabeli nr 1 formularza ofertowego):

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z tabeli 1 pozycji 32 oraz 33 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie tych pozycji z pakietu umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność cen”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy w tabeli nr 1 poprzez usunięcie z niego pozycji nr 32 i 33.

Pytanie 5 (dotyczy tabeli nr 2 formularza ofertowego):

„Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji nr 10 podając, że suplement jest do podłoża z poz. 17? W tabeli nie ma pozycji o takim numerze”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, w tabeli nr 2 pozycji nr 10 formularza ofertowego, suplement jest do podłoża z poz. nr 11.

Pytanie 6 (dotyczy tabeli nr 2 formularza ofertowego):

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z tabeli 2 pozycji nr 12-14 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie tych pozycji z pakietu umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność cen”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z tabeli 2 pozycji 12-14 formularza ofertowego i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Pytanie 7 (dotyczy wzoru umowy):

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach z tworzywa sztucznego o średnicy 15 mm zamykanych plastikowym wciskany korkiem?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach z tworzywa sztucznego o średnicy 15 mm, zamykanych plastikowym, wciskany korkiem.

Pytanie 8 (dotyczy wzoru umowy):

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach szklanych o średnicy 15 mm zakręcanych aluminiową nakrętką?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach szklanych o średnicy 15 mm, zakręcanych aluminiową nakrętką.

Pytanie 9 (dotyczy wzoru umowy):

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport oferowanych podłoży w warunkach odbiegających od zalecanych warunków przechowywania, jeżeli dany Wykonawca posiada protokół walidacji warunków transportu w temperaturach odbiegających od zalecanej temperatury przechowywania?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:

Zamawiający wyrazi zgodę na transport oferowanych podłoży w warunkach odbiegających od zalecanych warunków przechowywania, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę protokołu walidacji warunków transportu potwierdzającego brak wpływu zmienionych warunków na jakość podłoży. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w § 2 pkt 10.

Pytanie 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:

Zamawiający wyraża zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie WWW.

Pytanie 11:

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na certyfikacie kontroli jakości selektywność oznaczona była ilościowo? W tabeli F normy ISO 11133:2014-07 oraz normach metodycznych selektywność podawana jest opisowo np.: całkowite zhamowanie wzrostu (0)”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:

Zamawiający wyraża zgodę, aby na certyfikacie kontroli jakości selektywność oznaczona była ilościowo np.: całkowite zhamowanie wzrostu (0). Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w § 2 pkt 9 ppkt a).

II. W związku z powyższym:

Zamawiający anuluje Formularz ofertowy - załącznik nr 1 i wprowadza Formularz ofertowy załącznik nr 1A – zmodyfikowany dnia 29.12.2020r.

Zamawiający na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ, modyfikuje treść wzoru umowy:

Skreśla się w całości zapis ust 2 pkt a § 2 i w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniach jednorazowych, niepodlegających wymianie (polistyrenowych płytkach Petriego, sterylizowanych, w rozmiarach wyszczególnionych w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do niniejszej umowy, próbkach z tworzywa sztucznego o średnicy minimum 15 mm, z nakrętką z polipropylenu lub zamykanych plastikowym wciskany korkiem lub w próbkach szklanych o średnicy 15 mm zakręcanych aluminiową nakrętką lub w butlach szklanych (zawierających odpowiednią ilość podłoża). Probówki muszą być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających je w czasie transportu i pozwalających na ich przechowywanie w pozycji pionowej”.

W § 2 pkt 9 dopisany zostanie ppkt d) o treści:

„Zamiast dostarczać wraz z dostawą certyfikaty wymienione w ppkt. a i b, Wykonawca może udostępnić na stronie internetowej producenta Certyfikaty Kontroli Jakości.”

III. Modyfikacja treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. od dnia 30.12.2020r.

**ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak**